

Radni nalog br: 0228-26

Korisnik: Hemofarm d.o.o.
Adresa: Novakovići bb, 78000 BANJA LUKA
Datum prijave: 15.06.2026.

Datum: 19.06.2026.

Uređaj: PG8583 CD
Ser. br: 00/074396455 ESB: 937
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Zamjena gornje prskalice i servisna podešavanja.

-Oštećenje prskalice na košari. Čišćenje finog filtera komore.

-Mehanički kvar kuplunga košare.

-Provjera parametara pranja i temperatura u komori perilice. Svi parametri programa unutar propisane tolerancije.

-Testni program: "PROGRAM 1" prošao bez greške.

-Uređaj ispravan i spreman za rad.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	19.06.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	19.06.2026.	RS	Radni sati	4	KOM
3	19.06.2026.	002184	Donja prskalica Miele PG 85xx	1	KOM

Napomena servisera:

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 19.06.2026.
	 Zoran Mamić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera