

Radni nalog br: 0230-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Osijek
Adresa: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
Datum prijave: 18.06.2026.

Datum: 23.06.2026.

Uređaj: Sterrad 100NX AC
Ser. br: 5048220045 ESB: 343
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Greška H2O2
Motorić za pomak igala, (dodjela H2O2).

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	23.06.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	23.06.2026.	RS 3	Radni sati	3	KOM

Napomena servisera:

-Na uređaju izvršena dijagnostika kvara.
-Uređaj privremeno popravljen (Očišćen mehanizam motorića od naslaga prašine). Potrebna zamjena motorića na PM servisu, ako ne i prije. (Termin PMI 26.09.2026.)

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 23.06.2026.
	 Ivica Baričević	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera