

Radni nalog br: 0235-25

Korisnik: Nastavni zavod A.Štampar
Adresa: Mirogojska 16, 10000 Zagreb
Datum prijave: 25.08.2025.

Datum: 05.09.2025.

Uređaj: G7883 CD
Ser. br: 53098967 ESB: 631
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara: FOE greška

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	05.09.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	05.09.2025.	RS	Radni sati	3	KOM
3	05.09.2025.	000881	Mjerač protoka vode	1	KOM

Napomena servisera: Zamjena senzora protoka demi vode. -Uređaj odradio testni program bez greške.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 05.09.2025.
	<i>Radni sati</i> Ana Žigulić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera