

Radni nalog br: 0237-26

Korisnik: NZJZ PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Adresa: Krešimirova 52a, 51000 Rijeka
Datum prijave: 25.06.2026.

Datum: 03.07.2026.

Uređaj: PG8583 CD AE
Ser. br: 184647972 ESB: 203
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

Redovno godišnje održavanje

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	03.07.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	03.07.2026.	RS	Radni sat	5	KOM
3	03.07.2026.	001315	SERVISNI KIT PG858x/9x/CD	1	KOM
4	03.07.2026.	001366	RELEJ GRIJAČA (Miele)	3	KOM
5	03.07.2026.	001388	SET FILTER	1	KOM
6	03.07.2026.	002062	PREFILTER - MIELE	1	KOM
7	03.07.2026.	000473	PVC CRIJEVO DOS 6MM	1	KOM
8	03.07.2026.	000474	PVC CRIJEVO 3MM	1	KOM
9	03.07.2026.	000881	MJERAČ PROTOKA VODE	1	KOM

Napomena servisera:

- Redovno godišnje održavanje uređaja izvedeno sukladno propisanoj proceduri i uputama proizvođača.
- Izveden temperaturni mapping.
- Testni ciklus prošao bez greške

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio	Datum izvršenja 03.07.2026.
	 Lidija Klausberger	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera