

**Radni nalog br: 0238-26**

Korisnik: NZJZ PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE  
Adresa: Krešimirova 52a, 51000 Rijeka  
Datum prijave: 25.06.2026.

Datum: 02.07.2026.

Uređaj: G7883 CD  
Ser. br: 44/74332762 ESB: 312  
Održava: Eurokontakt  
Status: PMI

**Opis kvara:**

Preventivno godišnje održavanje

| Rbr | Datum       | Šifra / kat. broj | Naziv artikla / usluge          | Kol | JMJ |
|-----|-------------|-------------------|---------------------------------|-----|-----|
| 1   | 02.07.2026. | RS                | Radni sat                       | 5   | KOM |
| 2   | 02.07.2026. | 000471            | SERVISNI KIT G78XX CD           | 1   | KOM |
| 3   | 02.07.2026. | 001388            | SET FILTER                      | 1   | KOM |
| 4   | 02.07.2026. | 002189            | SET DONJE PRSKALICE G7883 MIELE | 1   | KOM |
| 5   | 02.07.2026. | 000473            | PVC CRIJEVO DOS 6MM             | 1   | KOM |
| 6   | 02.07.2026. | 000474            | PVC CRIJEVO 3MM                 | 1   | KOM |
| 7   | 02.07.2026. | 000881            | MJERAČ PROTOKA VODE             | 1   | KOM |
| 8   | 02.07.2026. | PT3               | Putni trošak                    | 1   | KOM |

**Napomena servisera:**

- Redovno godišnje održavanje uređaja izvedeno sukladno propisanoj proceduri i uputama proizvođača.
- Izveden temperaturni mapping.
- Testni ciklus prošao bez greške

|                              |                                                                                                           |                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Predao<br><br>Antonio Čubrić | Ovjerio                                                                                                   | Datum izvršenja<br><br>02.07.2026. |
|                              | <br>Lidija Klausberger |                                    |

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera