

Radni nalog br: 0240-25

Datum: 21.01.2025.

Korisnik: KBC Split
Adresa: Spinčićeve 1, 21000 Split

Uređaj: Sterrad 100NX AC
Ser. br: 1048180241 ESB: 352
Održava: Eurokontakt
Vrsta posla: U kvaru - radi

Opis kvara: greška otvorenih vrata na komori

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.01.2025.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	21.01.2025.	RS 3	Radni sat 3	2	KOM
3	21.01.2025.	04-52791-0-001	OPTIČKI SENZOR	1	KOM

Napomena servisera: Zamjena optičkog senzora na vratima komore uređaja

Predao Besim Husić	Ovjerio Boris Slišković	Datum izvršenja 21.01.2025.
-----------------------	----------------------------	--------------------------------