

Radni nalog br: 0241-25

Korisnik: Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno
Adresa: Luigi Monti 2, 52210 Rovinj (Rovigno)
Datum prijave: 27.08.2025.

Datum: 27.08.2025.

Uređaj: Unister
Ser. br: 130701 ESB: 630
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: SENZOR ZA KVALITETU VODE JAVLJA CRVENI ALARM

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	27.08.2025.	PT2	Putni trošak 2	1	KOM
2	27.08.2025.	000589	MJEŠANA MASA ZA DEMI VODUI	25	KOM
3	27.08.2025.	RS	RADNI SATI	2	KOM

Napomena serviseru: DOLAZAK PO DOGOVORU, IZVRŠENA ZAMJENA DOTRAJALE PATRONE ZA PRIPREMU DEMI VODE.

Predao Leo Hudin	Ovjerio	Datum izvršenja 27.08.2025.
	 tehnička služba	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru