

Radni nalog br: 0243-25

Korisnik: NZJZ PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Adresa: Krešimirova 52a, 51000 Rijeka
Datum prijave: 28.08.2025.


Datum: 29.10.2025.

Uređaj: G7883 CD
Ser. br: 44/74332762 ESB: 312
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: voda na vratima komore i izbacuje glavnu sklopku.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	29.10.2025.	002189	Set donje prskalice G7883 Miele	1	KOM
2	29.10.2025.	002190	Fini filter komore Miele	1	KOM

Napomena servisera: Tokom redovnog servisa utvrđeno da su fini filter i prskalica komore dotrajali. te je usljed toga curila voda na vratima komore. Korekcija datuma na zahtjev korisnika.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 29.10.2025.
	 Lidija Klausberger	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera