

Radni nalog br: 0244-25

Datum: 02.09.2025.

Korisnik: KBC Zagreb
Adresa: Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Uređaj: Sterrad NX
Ser. br: 060821 ESB: 357
Održava: Eurokontakt
Vrsta posla: PMI

Opis kvara: PM SERVIS

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	29.08.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	02.09.2025.	000485	PM2 Kit Sterrad NX	1	KOM
3	02.09.2025.	000515	Brza spojka 1/4 (ASP)	2	KOM
4	02.09.2025.	000562	Crijevo najlon prozirno (ASP)	1	KOM
5	02.09.2025.	RS3	Radni sati	7	KOM

Napomena serviseru: Redovni godišnji preventivni servis. -Na uređaju izvršen redovni godišnji preventivni servis, sukladno propisanoj proceduri. -Svi testovi i kalibracije prošli bez problema. -Testni ciklus broj: 3834 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 02.09.2025.
	 Hermed-Tomislav Ožeg	