

Radni nalog br: 0245-26

Korisnik: JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d.
Adresa: Sivilno 20, 51000 Rijeka
Datum prijave: 26.06.2026.

Datum: 21.07.2026.

Uređaj: GG 03 G 7883 CD
Ser. br: 00/74314240 ESB: 327
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

Preventivno godišnje održavanje

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.07.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	21.07.2026.	RS	Radni sat	4	KOM
3	21.07.2026.	000471	SERVISNI KIT G78XX CD	1	KOM
4	21.07.2026.	001388	SET FILTER	1	KOM
5	21.07.2026.	000473	PVC CRIJEVO DOS 6MM	1	KOM
6	21.07.2026.	000474	PVC CRIJEVO 3MM	1	KOM

Napomena serviseru:

- Preventivno godišnje održavanje uređaja izvedeno sukladno propisanoj proceduri i uputama proizvođača.
- Testni program: "E"- prošao bez greške.
- Broj ciklusa: 7704h
- Izvedeno temperaturno umjeravanje.

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio	Datum izvršenja 21.07.2026.
	 Sara Bratić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru