

**Radni nalog br: 0246-26**

Korisnik: JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d.  
Adresa: Svilno 20, 51000 Rijeka  
Datum prijave: 26.06.2026.

Datum: 21.07.2026.

Uređaj: GG 04 G 7883 CD  
Ser. br: 44/74336249 ESB: 328  
Održava: Eurokontakt  
Status: PMI

**Opis kvara:**

Preventivno godišnje održavanje

| Rbr | Datum       | Šifra / kat. broj | Naziv artikla / usluge | Kol | JMJ |
|-----|-------------|-------------------|------------------------|-----|-----|
| 1   | 21.07.2026. | RS                | Radni sat              | 4   | KOM |
| 2   | 21.07.2026. | 001388            | SET FILTER             | 1   | KOM |
| 3   | 21.07.2026. | 000473            | PVC CRIJEVO DOS 6MM    | 1   | KOM |
| 4   | 21.07.2026. | 000474            | PVC CRIJEVO 3MM        | 1   | KOM |
| 5   | 21.07.2026. | 000471            | SERVISNI KIT G78XX CD  | 1   | KOM |

**Napomena servisera:**

- Preventivno godišnje održavanje uređaja izvedeno sukladno propisanoj proceduri i uputama proizvođača.
- Testni program: "E"- prošao bez greške.
- Broj ciklusa: 17127h
- Izvedeno temperaturno umjeravanje

|                           |                                                                                                    |                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Predao<br><br>Besim Husić | Ovjerio                                                                                            | Datum izvršenja<br><br>21.07.2026. |
|                           | <br>Sara Bratić |                                    |

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera