

Radni nalog br: 0247-26

Korisnik: JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d.
Adresa: Svilno 20, 51000 Rijeka
Datum prijave: 26.06.2026.

Datum: 21.07.2026.

Uređaj: Perilica PG 8583
Ser. br: 018429984 ESB: 118
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

Preventivno godišnje održavanje

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.07.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	21.07.2026.	RS	Radni sat	4	KOM
3	21.07.2026.	001315	SERVISNI KIT PG858x/9x/CD	1	KOM
4	21.07.2026.	001388	SET FILTER	1	KOM
5	21.07.2026.	000473	PVC CRIJEVO DOS 6MM	1	KOM
6	21.07.2026.	000474	PVC CRIJEVO DOS 3MM	1	KOM
7	21.07.2026.	002421	PARNI KONDENZATOR CRNI	1	KOM
8	21.07.2026.	002420	PARNI KONDENZATOR	1	KOM
9	21.07.2026.	001148	SET DOS PUMPE PG85XX	1	KOM

Napomena servisera:

- Preventivno godišnje održavanje uređaja izvedeno sukladno propisanoj proceduri i uputama proizvođača.
- Testni ciklus: "Masno 85"-prošao bez greške.
- Broj ciklusa: 5842h
- Izvedeno temperaturno umjeravanje.
- Potrebna izmjena dotrajalih senzora protoka dozirnog sredstva.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 21.07.2026.
	 Sara Bratić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera