

Radni nalog br: 0248-26

Korisnik: KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Datum prijave: 29.06.2026.

Datum: 03.07.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX
Ser. br: 5048220008 ESB: 156
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PMI

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	03.07.2026.	05-53441-6-002	PM2 KIT Sterrad 100NX (ASP)	1	KOM
2	03.07.2026.	RS3	Radni sati	8	KOM
3	03.07.2026.	PT1	Putni trošak	1	KOM

Napomena servisera:

_Na uređaju odrađen Preventivni redoviti polugodišnji servis razine PM2.
-Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
-Testni ciklus EXPRES broj: 4599 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
-Biološki test: NEGATIVAN

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 03.07.2026.
	 Petar Zorić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera