

Radni nalog br: 0249-25

Datum: 05.09.2025.

Korisnik: POLIKLINIKA SINTEZA d.o.o.
Adresa: Ulica Frana Folnegovića 1C, 10000 Zagreb

Uređaj: G7831
Ser. br: 44/18385128 ESB: 653
Održava: Eurokontakt
Vrsta posla: U kvaru - NE RADI

Opis kvara: Registrira im grešku F 26.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	05.09.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	05.09.2025.	RS	Radni sati	2	KOM

Napomena serviseru: Dijagnostika kvara: Utvrđeno da je blokirana odvodna pumpa sa komadom inox žice. - Kvar riješen. -Perilica odradila testni ciklus "Vario TD" bez greške. -Na uređaju potrebno odraditi redoviti preventivni godišnji servis.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 05.09.2025.
	 Sunčana Horvat	