

Radni nalog br: 0249-26

Korisnik: KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Datum prijave: 29.06.2026.

Datum: 30.06.2026.

Uređaj: Sterrad NX
Ser. br: 100600 ESB: 337
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.06.2026.	100798-12	PM2 KIT, 10033	1	KOM
2	30.06.2026.	PT1	Putni trošak	1	KOM
3	30.06.2026.	RS 3	Radni sati	7	KOM

Napomena servisera:

- Na uređaju odrađan preventivni godišnji servis razine PM2.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus STANDARD, broj: 6982 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološki test: NEGATIVN.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 30.06.2026.
	 Petar Zorić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera