

Radni nalog br: 0251-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice - Tumori
Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
Datum prijave: 29.06.2026.

Datum: 29.06.2026.

Uređaj: TrueBeam
Ser. br: H194307 ESB: 304
Održava: Simteh
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Kvar na Jawsima

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	29.06.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	29.06.2026.	RS2	Radni sat 2	8	SAT
3	29.06.2026.	RS2	Radni sat 2	8	SAT
4	02.07.2026.	PT1	Putni Trošak 1	1	KOM
5	02.07.2026.	RS2	Radni sat 2	10	KOM
6	02.07.2026.	RS2	Radni sat 2	10	SAT
7	02.07.2026.	000803	OPTOKAPLER DUAL DIP-8	2	KOM
8	02.07.2026.	001406	STB-IC-687 KIT	1	KOM
9	02.07.2026.	001400	STB-IC-658	1	KOM

Napomena servisera:

Predao Nenad Cuca	Ovjerio  Vladimira Ugarković	Datum izvršenja 29.06.2026.
---------------------------------	---	---

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera