

Radni nalog br: 0254-26

Korisnik: OB Dubrovnik
Adresa: Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik
Datum prijave: 03.07.2026.

Datum: 30.07.2026.

Uređaj: Sterrad NX
Ser. br: 1033150426 ESB: 362
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PMI

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.07.2026.	000485	PM2 KIT, STERRAD NX	1	KOM
2	30.07.2026.	PT4	Putni trošak	1	KOM
3	30.07.2026.	RS3	Radni sati	8	KOM

Napomena servisera:

- Na uređaju odrađen godišnji redoviti preventivni saervis razine PM2.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus STANDARD broj: 3060, prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološki test:NEGATIVAN

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 30.07.2026.
	 Ivica Majčica	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera