

Radni nalog br: 0255-25

Datum: 04.09.2025.

Korisnik: Klinika za dječje bolesti - Klaićeva
Adresa: Vjekoslava Klaića 16, 10000 Zagreb

Uređaj: G7882 AE SST
Ser. br: 51/74353327 ESB: 656
Održava: Eurokontakt
Vrsta posla: U kvaru - NE RADI

Opis kvara: Greška F26 (odvod vode).

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	04.09.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	04.09.2025.	RS	Radni sati	3	KOM

Napomena serviseru: Dijagnostika kvara: blokirana odvodna pumpa i odvod kondenzata. -Čišćenje od naslaga kamenca i nečistoća. -Testni ciklus "Vario TD" prošao bez greške. -Uređaj ispravan i spreman za rad. -NPOMENA: Na uređaju potrebno izvršiti redoviti preventivni godišnji servis!

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 04.09.2025.
	 Teh.sl. Berislav Slapić	