

Radni nalog br: 0256-25

Korisnik: KB Dubrava
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Datum prijave: 04.09.2025.

Datum: 04.09.2025.

Uređaj: GEYSIR CDD 1050
Ser. br: 1050833665659 ESB: 187
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara: Dotok hladne vode

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	04.09.2025.	PT1	Putni trošak	1	KOM
2	04.09.2025.	RS	Radni sati	1	KOM
3	04.09.2025.	00089	Jednostruki ventil/LISCHKA	1	KOM

Napomena servisera: Zamjena ventila tople vode.

Predao Mario Petravić	Ovjerio  Petar Zorić	Datum izvršenja 04.09.2025.
--------------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera