

Radni nalog br: 0256-26

Korisnik: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
Adresa: UL. Vladimira Nazora 23, HR-52100 PULA
Datum prijave: 06.07.2026.

Datum: 23.07.2026.

Uređaj: G7825
Ser. br: 74394257 ESB: 633
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

Preventivno godišnje održavanje

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	23.07.2026.	RS	Radni sat	4	KOM
2	23.07.2026.	000471	SERVISNI KIT G78XX CD	2	KOM
3	23.07.2026.	000473	PVC CRIJEVO DOS 6MM	2	KOM

Napomena servisera:

- Preventivno godišnje održavanje uređaja izvedeno sukladno propisanoj proceduri i uputama proizviđača.
- Testni program:ORGANIKA-prošao bez greške.
- Izvedeno temperaturno umjeravanje.

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio	Datum izvršenja 23.07.2026.
	 Darija Puškadija	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera