

Radni nalog br: 0257-25

Korisnik: ZVIJEZDA PLUS d.o.o.

Datum: 05.09.2025.

Adresa: Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb

Uređaj: PG 8593 WW AD CM AE

Ser. br: 184644748/11251150 ESB: 191

Održava: Eurokontakt

Vrsta
posla: U kvaru - NE RADI**Opis** Greška 550 (Nivo vode u komori i potop radnog
kvara: prostora perilice).

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	05.09.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	05.09.2025.	RS	Radni sati	2	KOM

Napomena servisera: Greška 550-nivo vode u komori i potop radnog prostora perilice. -Dijagnostika kvara: utvrđeno da curi sredstvo za pranje u radni prostor, -puklo crijevo na ulazu u dozirnu pumpu. -Testni ciklus- "Univerzalni program" prošao bez greške. Iz perilice se osjeti neugodan miris- potrebna zamjena miješane mase u patroni za pripremu demi vode. Privremeno riješen kvar, potrebno odraditi preventivni godišnji servis.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 05.09.2025.
	 Marina moćan	