

Radni nalog br: 0257-26

Korisnik: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
Adresa: UL. Vladimira Nazora 23, HR-52100 PULA
Datum prijave: 06.07.2026.

Datum: 23.07.2026.

Uređaj: PLW 8693 [DS5] SST 3N
Ser. br: 184664591 ESB: 644
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

Preventivno godišnje održavanje

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	23.07.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	23.07.2026.	RS	Radni sat	4	KOM
3	23.07.2026.	002572	Servisni kit PLW868x/9x/CD	1	KOM
4	23.07.2026.	002294	HEPA -FILTER	1	KOM

Napomena servisera:

- Preventivno godišnje održavanje uređaja izvedeno sukladno propisanoj proceduri i uputama proizvođača.
- Testni program:ANORGANICA-prošao bez greške.
- Broj ciklusa: 982h
- Izvedeno temperaturno umjeravanje.

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio  Darija Puškadija	Datum izvršenja 23.07.2026.
--------------------------	--	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera