

Radni nalog br: 0259-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 06.07.2026.

Datum: 20.08.2026.

Uređaj: GEYSIR CCD1050
Ser. br: 1050812574415 ESB: 053
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

NTC senzor

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	20.08.2026.	RS	Radni sat	1	KOM
2	20.08.2026.	000461	NTC SENZOR	1	KOM

Napomena servisera:

-dijagnosticiranjem utvrđene nepravilnosti na senzoru temperature u komori uređaja
-izmjena i kontrola rada senzora
-testni ciklus prošao bez greške

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Antonio Čubrić	Tihomir Marjanović	20.08.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera