

Radni nalog br: 0260-26

Korisnik: Poliklinika za ginekologiju, porodništvo i reproduksijsku medicinu IVF Datum: 10.07.2026.
Adresa: Kvaternik plaza, Antuna Nemčića 7, 10000 Zagreb
Datum prijave: 06.07.2026.

Uređaj: DG112
Ser. br: 231002677 ESB: 1013
Održava: Eurokontakt
Status: Ostalo

Opis kvara:

Izmjena O2 senzora

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	10.07.2026.	RS	Trošak radnih sati	1	KOM
2	10.07.2026.	CO2/O2	Kontrola i servisno umjeravanje koncentracije CO2/O2	1	KOM
3	10.07.2026.	002362	O2 senzor NILOTECH	1	KOM

Napomena serviseru:

-Izmjena i kalibracija O2 senzora izvršena sukladno propisanoj proceduri i uputama proizvođača

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio	Datum izvršenja 10.07.2026.
	 Nikolina Špoljarić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru