

Datum: 08.09.2025.

Radni nalog br: 0261-25

Korisnik: KBC Split
Adresa: Spinčićeva 1, 21000 Split
Datum prijave: 08.09.2025.

Uređaj: PG 8582 CD
Ser. br: 184648188 ESB: 657
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara: Greška: 518 (zrak u crijevu za doziranje) 403 (greška tlaka demi vode) 440(senzor nivoa vode u komori)

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	08.09.2025.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	08.09.2025.	RS	Radni sati	2	KOM

Napomena serviseru: Dijagnostika kvara: Greška tlaka demi vode, nečistoće u senzoru protoka demi vode i blokiran senzor nivoa vode u komori. -nakon čišćenja senzora protoka demi vode i senzora nivoa vode u komori, testni program "Bočice za bebe", prošao bez greške.

Predao Besim Husić	Ovjerio 	Datum izvršenja 08.09.2025.
	teh.sluzba Boris Slišković	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru