

Radni nalog br: 0262-26

Korisnik: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Adresa: Kralja Zvonimira 50-Lozovac bb, 22101 ŠIBENIK
Datum prijave: 07.07.2026.

Datum: 16.07.2026.

Uređaj: PG 8583 [WW AD LD] AE
Ser. br: 4008412550 ESB: 647
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Na indikatoru elektrovodljivosti upalila se crvena lampica. Potrebna zamjena mješane mase

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	16.07.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	16.07.2026.	RS	Radni sati	2	KOM
3	16.07.2026.	000589	Mješana masa	25	KOM

Napomena servisera:

Predao Mario Petravić	Ovjerio  Sanja Maretić	Datum izvršenja 16.07.2026.
--------------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera