

Radni nalog br: 0263-25

Korisnik: KBC Split

Datum: 08.09.2025.

Adresa: Spinčićeva 1, 21000 Split

Uređaj: STERRAD NX

Ser. br: 5033246250 ESB: 503

Održava: Eurokontakt


Vrsta
posla: U kvaru - radi

Opis Uređaj ne prihvata kazetu. (Nakon više pokušaja

kvara: prihvati kazetu sa peroksidom).

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	08.09.2025.	RS	Radni sati	2	KOM

Napomena serviseru: Dijagnostika: odrađen test kazete. Sve funkcioniра bez greške. Ukupan broj ciklusa na uređaju: 36 -problem je što istekne 10 dana od umetanja kazete u uređaj i nakon tog perioda odbaci istu. Uređaj testiran i sve radi bez greške.

Predao Besim Husić	Ovjerio  Ljiljana	Datum izvršenja 08.09.2025.
-----------------------	--	--------------------------------