

Radni nalog br: 0263-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice - Tumori
Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
Datum prijave: 07.07.2026.

Datum: 07.07.2026.

Uređaj: TrueBeam
Ser. br: H194307 ESB: 304
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Softpot A iso

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	07.07.2026.	RS2	Radni sati	2	SAT
2	07.07.2026.	001298	SOFTPOT Strana A ISO-TRUEBEAM	1	KOM

Napomena serviser:

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Vladimira Ugarković	Datum izvršenja 07.07.2026.
-------------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser