

Datum: 11.09.2026.

Korisnik: Institut za vode Josip Juraj Strossmayer
Adresa: Ulica grada Vukovara 220 Zagreb, 10000 Zagreb
Datum prijave: 09.07.2026.

Uređaj: G7883CD
Ser. br: 51/74361969 ESB: 831
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi


Opis kvara:

Kvar na kućištu i prekidaču on/off

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	11.09.2026.	002596	Poklopac, Žuti (Miele)	1	KOM
2	11.09.2026.	002597	Kućište (Miele)	1	KOM
3	11.09.2026.	002598	Tipkovnica (Miele)	1	KOM
4	11.09.2026.	002601	UBS Tipka Prekidača (Miele)	1	KOM
5	11.09.2026.	002599	Kućište Utikača 4POL (Miele)	1	KOM
6	11.09.2026.	002600	Poklopac Crni (Miele)	1	KOM
7	11.09.2026.	PT4	Putni Trošak	1	KOM
8	11.09.2026.	RS	Trošak Radnih sati	4	KOM

Napomena servisera:

-Na uređaju izvršena zamjena dijelova na upravljačkom panelu. Prekidača on/off

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 11.09.2026.
	 Vesna Stipanicev	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera