

Radni nalog br: 0265-25

Korisnik: Eurofins Croatiakontrola d.o.o.
Adresa: Karlovačka cesta 4L, 10000 Zagreb
Datum prijave: 09.09.2025.


Datum: 16.09.2025.

Uređaj: PG 8583 CD
Ser. br: 74390701 ESB: 654
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: Kvar na perilici Miele PG 8583 CD, greška 475.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	16.09.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	16.09.2025.	RS	Radni sati	2	KOM
3	16.09.2025.	05870220	Relej	1	KOM

Napomena serviseru: Dijagnostika kvara: Greška 475 Zamjena releja grijanja i čišćenje senzora nivoa vode u komori -Uređaj testiran na programu: MINI - Nakon servisa program prošao bez greške. - NA UREĐAJU POTREBNO IZVRŠITI REDOVITI GODIŠNJI PREVENTIVNI SERVIS!

Predao Besim Husić	Ovjerio Marina Marković, dipl. ing. preh. tehn. 	Datum izvršenja 16.09.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru