

Radni nalog br: 0266-25

Datum: 09.09.2025.


Korisnik: ZZJZ Zagrebačke županije
Adresa: Mokrička ul. 54, 10290 Zaprešić

Uređaj: PG 8583 CD
Ser. br: 018448716 ESB: 316
Održava: Eurokontakt
Vrsta posla: U kvaru - radi

Opis kvara: Greška 422-Visoka vodljivost demi vode.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	09.09.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	09.09.2025.	000589	Miješana masa	25	KOM
3	09.09.2025.	RS	Radni sati	2	KOM

Napomena servisera: Zamjena miješane mase u patroni za pripremu demi vode.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 09.09.2025.
	 Ivana Pulic Zelenika	