

Radni nalog br: 0266-26

Korisnik: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE Datum: 17.07.2026.
Adresa: Vukovarska ul. 46, 21000 Split
Datum prijave: 10.07.2026.

Uređaj: PLW 8693 [DS5] SST 3N AC 400V 50Hz / 1N AC 230V
Ser. br: 184662876 ESB: 601
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Korisnik nezadovoljan rezultatima pranja.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	17.08.2026.	PT4	Putni trošak	1	KOM

Napomena servisera:

Dana 16.7.2026. je utvrđeno da je perilica oprala sve epruvete uspješno i na zadovoljstvo krajnjeg korisnika.
Pranje je bilo na programu Intensive. Krajnji korisnik je na kraju bio zadovoljan s postupkom pranja.

Predao Mario Petravić	Ovjerio  Anita Rakić	Datum izvršenja 17.07.2026.
--------------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera