

Radni nalog br: 0269-26

Korisnik: OB ZADAR
Adresa: Bože Peričića 5, 23000 Zadar
Datum prijave: 13.07.2026.

Datum: 17.07.2026.

Uređaj: STERRAD 100 NX SD - plazma sterilizator
Ser. br: 1047160007 ESB: 028
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PMI servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	17.07.2026.	05-53441-6-006	PM2 KIT, 10104	1	KOM
2	17.07.2026.	161910-01	Adapter, converter ASSY	1	KOM
3	17.07.2026.	RS3	Radni sati	9	KOM

Napomena servisera:

- Na uređaju odrađen redoviti polugodišnji preventivni servis razine PM2.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus STANDARD broj: 9313 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološki test: NEGATIVAN

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Ana Mavar	17.07.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera