

Radni nalog br: 0270-26

Korisnik: OB ZADAR
Adresa: Bože Peričića 5, 23000 Zadar
Datum prijave: 13.07.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX -Plazma sterilizator
Ser. br: 5047230291 ESB: 243
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Datum: 16.07.2026.

Opis kvara:

PMI servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	16.07.2026.	05-53441-6-006	PM2 KIT, 10104	1	KOM
2	16.07.2026.	161910-01	Adapter, Converter ASSY	1	KOM
3	16.07.2026.	22-00537-471	O.Ring, VITON	1	KOM
4	16.07.2026.	PT3	Putni trošak	1	KOM
5	16.07.2026.	RS3	Radni sati	8	KOM

Napomena servisera:

- Na uređaju odrađen redoviti polugodišnji preventivni servis razine PM2.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus STANDARD broj: 3478 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološki test: NEGATIVAN

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Ana Mavar	16.07.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera