

Radni nalog br: 0271-25

Korisnik: KBC Zagreb
Adresa: Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Datum prijave: 17.09.2025.

Datum: 17.09.2025.

Uređaj: Sterrad NX
Ser. br: 060824 ESB: 358
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara: PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	17.09.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	17.09.2025.	RS3	Radni sati	7	KOM
3	17.09.2025.	100798-06	PM 2 KIT Sterrad NX	1	KOM
4	17.09.2025.	26-00391-043	Brza spojka 1/4	2	KOM
5	17.09.2025.	27-00496-040	Crijevo najlon (ASP)	1	KOM

Napomena serviseru: Na uređaju izvršen preventivni redoviti godišnji servis sukladno uputama proizvođača. - Svi testovi i kalibracije prošli bez greške. -Testni ciklus broj: 4867 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno. -POTREBNO ŠTO HITNIJE ZAMJENITI POVRATNI VENTIL ULJA ! (Ventil privremeno popravljen).

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Nevena Šaldić	17.09.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru