

Radni nalog br: 0271-26

Korisnik: Klinika za dječje bolesti - Klaićeva
Adresa: Vjekoslava Klaića 16, 10000 Zagreb
Datum prijave: 13.07.2026.

Datum: 06.08.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX
Ser. br: 5048250155 ESB: 518
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PMI

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	06.08.2026.	05-53441-6-006	PM2 KIT, 10104	1	KOM
2	06.08.2026.	27-00496-040	Crijevo, Najlon 1/4, prozirno (ASP)	1	KOM
3	06.08.2026.	33-05613-0-001	Adapter Konvertibilnog filtera (ASP)	1	KOM
4	06.08.2026.	PT1	Putni trošak	1	KOM
5	06.08.2026.	RS 3	Radni sati	7	KOM

Napomena servisera:

- Na uređaju odrađen redoviti preventivni polugodišni servis sukladno propisanom servisnom protokolu.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testi ciklus STANDARD broj: 176 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološki TEST: NEGATIVAN

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 06.08.2026.
	 Katarina Regvat	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera