

Radni nalog br: 0275-26

Korisnik: BIOINSTITUT d.o.o. za usluge u zdravstvu i veterinarstvu
Adresa: Ulica Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Čakovec
Datum prijave: 14.07.2026.

Datum: 28.07.2026.

Uređaj: PG 8583
Ser. br: 018435262 ESB: 632
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PMI

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	28.07.2026.	PT2	Putni trošak 2	1	KOM
2	28.07.2026.	RS	Trošak radnih sati	6	KOM
3	28.07.2026.	001315	Servisni kit PG85XX/9X/CD	1	KOM
4	28.07.2026.	001148	Set Dos Pumpe PG85XX	1	KOM
5	28.07.2026.	001887	Mikrofilter	1	KOM

Napomena serviseru:

Na uređaju odrađen redoviti preventivni godišnji servis sukladno propisanom protokolu.

Tijekom uspješno odrađenog preventivnog godišnjeg servisa Vaše profesionalne perilice Miele PG 8583, uočene su određene nepravilnosti u radu i korištenju uređaja koje mogu utjecati na dugovječnost i ispravnost aparata. Molimo Vas da obratite pozornost na sljedeće :Korištenje neodgovarajuće soli za omekšavanje vode Tijekom pregleda uočeno je da se u uređaju koristi sol koja nije namijenjena za perilice posuđa/laboratorijske perilice. Korištenje neodgovarajuće soli (poput obične kuhinjske ili krupne morske soli koja sadrži nečistoće i aditive) može trajno oštetiti ugrađeni omekšivač vode (ionski izmjenjivač) i uzrokovati pojavu kamenca na grijačima i posuđu. Preporuka: Obavezno koristiti isključivo specijalnu reaktivnu sol za perilice (visoke čistoće, krupne granulacije) kako bi se osigurao pravilan rad omekšivača i izbjegli skupi popravci. Upozorenje o niskom tlaku ulazne vode (Greška tlaka)Uređaj povremeno signalizira upozorenje o niskom tlaku vode. Utvrđeno je da su unutar proteklih nekoliko mjeseci s Vaše strane mijenjane dovodne cijevi za hladnu vodu. Nedovoljan protok ili pad tlaka u sustavu izravno uzrokuju javljanje ove obavijesti na perilici. S ovim tehničkim nedostatkom i njegovim uzrokom ste upoznati tijekom samog servisa. Preporuka: Potrebno je provjeriti propusnost novougrađenih cijevi, jesu li ventili potpuno otvoreni te zadovoljava li pritisak u mreži minimalne tehničke specifikacije koje zahtijeva Miele profesionalni uređaj za nesmetan rad. Ostatak uređaja je detaljno pregledan, testiran i očišćen te se nalazi u ispravnom pogonskom stanju.Za sve dodatne informacije ili tehničku podršku stojimo Vam na raspolaganju

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 28.07.2026.
	 Hrvoje Šajn	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru