

Radni nalog br: 0278-25

Korisnik: OB Vinkovci
Adresa: Zvonarska 57, 32100 Vinkovci
Datum prijave: 19.09.2025.

Datum: 28.10.2025.

Uređaj: Sterrad NX AC
Ser. br: 4033185067 ESB: 367
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara: PM servis- -Ukupan broj ciklusa na uređaju: 2006

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	28.10.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	28.10.2025.	100798-06	PM2 Kit STERRAD NX	1	KOM
3	28.10.2025.	26-00391-043	Brza spojka ravna (ASP)	4	KOM

Napomena serviseru: -Na uređaju izvršen redoviti preventivni, godišnji servis razine PM2. -Svi testovi i kalibracije prošli bez greške. -Testni ciklus broj: 2007 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno. -Potrebna zamjena ventilatora na isparivaču i servis isparivača.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Željko Marinčić	28.10.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru