

Radni nalog br: 0278-26

Korisnik: Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 20.07.2026.

Datum: 20.07.2026.

Uređaj: Perilica PG 8528
Ser. br: 51/074399508 ESB: 107
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Greška 2075- Greška TA ventil

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	20.07.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	20.07.2026.	RS	Radni sati	8	KOM
3	24.07.2026.	7887797	Set za održavanje PG8527/28	1	KOM

Napomena servisera:

Nakon prijavljene pogreške F2075 (TA VENTIL), na uređaju su izvršene sljedeće servisne radnje: Zamjena servisnog kita: Ugrađen je novi servisni komplet na neispravnom TA ventilu. Čišćenje sustava: Ventil je detaljno očišćen od ostataka oštećene brtve klipa koji su uzrokovali blokadu i prijavu greške. Testiranje uređaja: Nakon uspješno provedenog servisa, perilica je testirana. Uređaj je u potpunosti ispravan i više ne prikazuje navedenu pogrešku.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mario Petravić	Larisa Smriko	20.07.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera