

Datum: 23.07.2026.

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice - Tumori
Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
Klinika/odjel: Centralna sterilizacija
Datum prijave: 23.07.2026.

Uređaj: Sterrad NX
Ser. br: 080073 ESB: 351
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

-Neprolazi Vacuum test. Greška u Vaporizeru.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	23.07.2026.	111956-01	Vaporizer cleaning kit	1	KOM
2	23.07.2026.	PT1	Putni trošak	1	KOM
3	23.07.2026.	RS3	Radni sati	3	KOM

Napomena serviseru:

- Na uređaju neispravan Vaporizer, potreban servis ili zamjena.
- Nakon servisiranja Vaporizera, prošao Vacuum test i uređaj radi ispravno.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 23.07.2026.
	 Tihomir Marijanović	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru