

Datum: 07.10.2025.

Radni nalog br: 0282-25

Korisnik: ZAGREBAČKA PIVOVARA D.D.

Adresa: Ilica 224, 10000 Zagreb

Datum
prijave: 23.09.2025.

Uređaj: pg8583

Ser. br: 74389641 ESB: 604

Održava: Eurokontakt

Status: U kvaru - radi

**Opis
kvara:** Po prijavi kvara perilica izbacuje grešku 440 Ne može se pokrenuti Nakon dijagnostike
kvara utvrđeno je da je perilica u više navrata izbacivala grešku 462 a ne grešku 440.
Perilica odradila INTENZIVNI ciklus pranja bez greške

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	07.10.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	07.10.2025.	RS	RADNI SAT	2	KOM
3	07.10.2025.	DI1	DIJAGNOSTIKA KVARA	1	KOM

Napomena servisera:

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 07.10.2025.
	Ana Barišić -0994932488 	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera