

Radni nalog br: 0283-25

Korisnik: KBC Zagreb
Adresa: Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Datum prijave: 24.09.2025.

Datum: 25.09.2025.

Uređaj: Sterrad NX
Ser. br: 060825 ESB: 359
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara: PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	25.09.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	25.09.2025.	RS3	Radni sati	7	KOM
3	25.09.2025.	100798-06	PM2 Kit NX	1	KOM
4	25.09.2025.	26-00391-043	Brza spojka ravna 1/4 (ASP)	2	KOM
5	25.09.2025.	27-00496-040	Crijevo najlon, 1/4 Prozirno (ASP)	1	KOM

Napomena serviseru: -Dijagnostikom utvrđeno da je Vacuum pumpa dotrajala, radi u pekidima sa čudnim zvukom. (Potrebna zamjena Vacuum pumpe). Uređaj radi u teškim uvjetima u istoj prostoriji sa perilicom i autoklavima, uz povećanu koncentraciju vodene pare u zraku. Što otežava rad vacuum pumpe. -Dijagnostikom utvrđeno da je povratni ventil ulja neispravan (Potrebna zamjena)! Slijedi dodatna ponuda. -Na uređaju izvršen redovni preventivni godišnji servis sukladno uputama proizvođača. -Testovi i kalibracije prošli bez problema. - Testni ciklusi: 5038 i 5039 prošli bez greške (vrijeme 26:51 min, što je unutar tolerancije (28 min.) Biološka kontrola: ciklus 5039 NEGATIVNA. NAPOMENA: Korisniku ostavljen na revers uređaj Velociti incubator (ser.br. 4423120067), na period 30 dana. -Gratis: 10 kom. bioloških indikatora.

	Ovjerio	
Predao		Datum izvršenja
Besim Husić	Ana Planinić	25.09.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru