

Radni nalog br: 0283-26

Korisnik: Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 24.07.2026.

Datum: 23.07.2026.

Uređaj: Perilica PG 8528
Ser. br: 51/074399509 ESB: 108
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Greška 2052-tlak vode cirkulacione pumpe

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	23.07.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	23.07.2026.	RS	Radni sati	4	KOM
3	23.07.2026.	9112903	level control 1500/700	1	KOM

Napomena servisera:

Nakon prijavljene pogreške F2052 (KONTROLA TLAKA VODE), na uređaju su izvršene sljedeće servisne radnje:
Zamjena komponente: Izvršena je demontaža neispravne i ugradnja nove tlačne sklopke. Testiranje uređaja:
Pokrenut je i uspješno odrađen testni ciklus pranja kako bi se provjerio rad novog dijela i stabilnost tlaka.
Uređaj je detaljno testiran, u potpunosti je ispravan te više ne prikazuje navedenu pogrešku. Perilica je spremna za daljnji rad

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mario Petravić	Larisa Smriko	23.07.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera