

Radni nalog br: 0284-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice - Tumori
 Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
 Datum prijave: 24.07.2026.

Datum: 21.07.2026.

Uređaj: TrueBeam
 Ser. br: H194307 ESB: 304
 Održava: Simteh
 Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

MLC problem

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.07.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	21.07.2026.	RS2	Radni sati	2	KOM
3	21.07.2026.	000215	osovina listića	2	KOM
4	21.07.2026.	000242	T-NUT half leaf	6	KOM

Napomena servisera:

-zamjenjena osovina listića

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Vladimira Ugarković	Datum izvršenja 21.07.2026.
------------------------------------	---	---

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera