

Radni nalog br: 0285-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice - Tumori
 Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
 Datum prijave: 24.07.2026.

Datum: 24.07.2026.

Uređaj: TrueBeam
 Ser. br: H194307 ESB: 304
 Održava: Simteh
 Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Zglavljeni listić MLC-a.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.07.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	21.07.2026.	RS2	Radni sati	2	KOM
3	21.07.2026.	RS2	Radni sati	3	KOM
4	21.07.2026.	000184	Motorić QUARTER LEAF HD	4	KOM

Napomena servisera:

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Vladimira Ugarković	Datum izvršenja 24.07.2026.
------------------------------------	---	---

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera