

Radni nalog br: 0286-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice - Tumori
Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
Datum prijave: 24.07.2026.

Datum: 24.07.2026.

Uređaj: TrueBeam
Ser. br: H194307 ESB: 304
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Problem MLC-a i Caroussela.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	24.07.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	24.07.2026.	RS2	Radni sati	2	KOM
3	24.07.2026.	000182	THUMB WHEEL ASSY	1	KOM
4	24.07.2026.	001418	SYNC-RESOLVER	1	KOM
5	24.07.2026.	001399	STB-IC-691	1	KOM
6	24.07.2026.	001402	DC Motor (Carrousel)	1	KOM
7	09.08.2026.	001371	crijevo	6	KOM
8	09.08.2026.	001380	crijevo 1/4 x 60	3	KOM

Napomena servisera:

Uređaj uredno radi.

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Vladimira Ugarković	Datum izvršenja 24.07.2026.
-------------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera