

Radni nalog br: 0287-26

Korisnik: OB ZADAR
Adresa: Bože Peričića 5, 23000 Zadar
Datum prijave: 27.07.2026.

Datum: 28.07.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX -Plazma sterilizator
Ser. br: 5047230291 ESB: 243
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

-Uređaj povremeno izbacuje grešku tlaka komore. Nakon kalibracije određeno vrijeme radi pa ponovno izbacuje grešku.
-Potrebna zamjena baratrona.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	28.07.2026.	86-52584-012	PRESSURE TRANSDUCER (Baratron), 30T	1	KOM
2	28.07.2026.	PT3	Putni trošak	1	KOM
3	28.07.2026.	RS3	Radni sati	2	KOM

Napomena servisera:

-Na uređaju zamjenjem baratron tlaka komore.
-Test i kalibracija tlaka prošli bez greške.
-Testni ciklus Duo broj: 3516, prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.

	Ovjerio	
Predao		Datum izvršenja
Besim Husić	Ana Mavar	28.07.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera