

Radni nalog br: 0289-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Split
Adresa: Spinčičeva 1, 21000 Split
Datum prijave: 27.07.2026.

Datum: 29.07.2026.

Uređaj: CCL-170T-8-IVF CelCulture® CO2 i O2 Inkubator, 170 L
Ser. br: 2025-214845 ESB: 898
Održava: Eurokontakt
Status: Instalacija

Opis kvara:

Instalacija uređaja

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	29.07.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	29.07.2026.	RS	Radni sati	4	KOM

Napomena serviser:

-Uređaj instaliran sukladno uputama proizvođača.
-Svi testovi prošli bez greške.
-Temperatura: 37 stupnjeva C
-CO2: 6%
O2: 20,7%

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 29.07.2026.
	 Andrea Čukušić Kalojdžić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser