

Datum: 27.07.2026.

Korisnik: KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Klinika/odjel: Kardijalna kirurgija 4. kat
Datum prijave: 27.07.2026.

Uređaj: CDD 1050
Ser. br: 1050821695837 ESB: 698
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Otišao Grijač generatora pare

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	27.07.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	27.07.2026.	RS	Radni sati	3	KOM
3	27.07.2026.	000890	Grijač generatora	1	KOM
4	27.07.2026.	000891	Brтва grijača	1	KOM

Napomena servisera:

Na uređaju Lischka Geysir CCD1050 izvršena je zamjena grijača generatora pare, koji je otkazao zbog velike nakupine kamenca. Također je provedeno detaljno čišćenje generatora pare i plovka nivoa vode koji su bili potpuno začepljeni kamencem. Nakon uklanjanja kamenca i montaže novih dijelova, uređaj je uspješno prošao testni ciklus te radi potpuno ispravno i bez greške

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 27.07.2026.
	 Petar Zorić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera