

Radni nalog br: 0291-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Split
Adresa: Spinčićeva 1, 21000 Split
Datum prijave: 29.07.2026.

Datum: 29.07.2026.

Uređaj: PG 8582 CD
Ser. br: 184648188 ESB: 657
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

-Greška 518 (doziranje DOS1)
Prisustvo zraka u sustavu doziranja.
-Greška 422 (Visoka vodljivost demi vode)

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	29.07.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	29.07.2026.	RS	Radni sati	4	KOM

Napomena serviseru:

-Greška 518-Riješen problem doziranja DOS1, zamijenjeno dos crijevo na senzoru protoka dos1.
-Greška 422- Izmjerena vodljivost vode je veća od 100mic. simensa/cm
Na senzoru u komori perilice očitana vrijednost je: 176mic.simensa/cm
-Izmjerena vrijednost na sustavu pripreme vode 26 mic.simensa/cm
-Riješen problem na nepovratnom ventilu odvoda perilice.
-Testni ciklus Bočice za bebe-prošao bez greške.
-U prilogu radnog naloga foto i video mjerenja vodljivosti demi vode i umjernice uređaja za mjerenje vodljivosti demi vode. Hana

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 29.07.2026.
	 Boris Slišković	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru